

仕様ならびに包装変更のお知らせ

機械器具74 医薬品注入器

管理医療機器 医薬品・ワクチン用注入器

グロウジェクター[®]2

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、下記製品につきまして、仕様ならびに包装を変更致しますので、謹んでご案内申し上げます。

変更品出荷時には、新旧両製品が流通しご迷惑をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、今後とも、より一層弊社製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 変更品目：グロウジェクター[®]2 一式

2. 変更内容

- (1) 専用製剤であるグロウジェクト[®] BC注射用8mg (ホルダー変更品) の効能・効果追加に伴い、本製品のプログラムに「SGA^注」の仕様内容を追加し、併せて添付文書の記載内容を変更致します。また、個装箱の3箇所に『SGA対応機種』を新たに追加表示致します。
- (2) 「2012年度グッドデザイン賞」の受賞に伴い、その旨を個装箱天面に新たに追加表示致します。



※変更内容につきましては、「グロウジェクター[®]2 添付文書/取扱説明書 改訂のご案内」をご参照ください。

注) 骨端線閉鎖を伴わないSGA (small-for-gestational age) 性低身長症

販売元

日本ケミカルリサーチ株式会社
(2013年2月作成)

製造販売元

パナソニック ヘルスケア株式会社


(裏面に続く)

(3) 個装箱、本体（定格銘板）、添付文書、取扱説明書に表示されている『承認番号』を『認証番号』に変更致します。（番号「22400BZX00097000」の変更はございません。）


個装箱



添付文書



本体（定格銘板）



取扱説明書



(4) 使用開始シールを、本体貼付用とカルテ貼付用の2種（2枚綴り）に変更致します。



3. 変更品出荷予定ならびに初回製造シリアル番号

品 名	包 装	出荷予定時期	初回製造シリアル番号
グロウジェクター [®] 2	1本	2013年3月上旬頃	212M1849

※変更品の出荷時期は、弊社から特約店へのお荷予定を表示しております。また、弊社在庫状況により出荷予定時期と異なることもございますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

以 上